

询比公告

采购编号：HY26ZJ029

采购项目名称：山地革命文物保护实验室裂缝综合检测仪等
现场勘测及实验设备采购

采购人：重庆红岩革命历史文化中心

2026年8月

询比公告

经重庆红岩革命历史文化中心研究，同意采购山地革命文物保护实验室裂缝综合检测仪等现场勘测及实验设备，现对本次设备采购进行招标，欢迎具备相关资质的投标人参与投标。

一、项目需求

项目编号	项目名称	项目内容	最高采购限价	备注
	山地革命文物保护实验室裂缝综合检测仪等现场勘测及实验设备采购	完成本项目所需裂缝综合检测仪、立式高温高压灭菌锅、分光光度计等20种设备采购	本次修复技术服务采购设置最高采购限价9.98万元（为包干价），各投标人的投标报价不得高于最高采购限价否则为废标。	具体内容详见技术及商务要求

二、供应商或单位（投标人）资格条件

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；

三、有关要求或说明

（一）凡有意参加询比的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆红岩革命历史文化中心官网（www.hongyan.info）上下载该项目询比公告、补遗等询比前公布的所有项目资料，无论各投标人下载与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

(二) 投标人须满足以下两种条件，其响应文件才被接受：

1. 按时递交了响应文件；
2. 响应文件按要求密封完整。

(三) 文件递交和开标地点：重庆市渝中区红岩村52号马歇尔外事大楼一楼采购科办公室。

(四) 提交响应文件起止时间：2026年9月4日北京时间9:30至10:00。

(五) 开标时间：2026年9月4日北京时间10:00。

(三) 联系方式：

采购人：重庆红岩革命历史文化中心

联系人：陈老师 王老师

电 话：023-63303441 023-63302219

四、报价要求及证明文件

(一) 供应商应对照附件所列设备参数要求逐项响应，填写品牌/型号、单价、合计及交货期，采购方将审核供应商所提供品牌/型号是否满足参数要求，如存在不满足项，视为无效投标。

(二) 报价总计不得高于采购最高限价，且与20项设备报价的合计报价一致。

(三) 单价报价应包含设备主机、配件、耗材、运输、安装调试、培训、税费等全部费用，为最终落地交货价。

(四) 交货期为40天内，自合同签订之日起计算。

(五) 供应商须保证所报设备为全新正品行货，参数真实有效，如与实际不符，采购方有权拒收并追究责任。

(六) 设备采购报价单须由供应商加盖公章后有效，涂改处须加盖校对章。

(七) **供应商资格证明文件**（请随设备采购报价单一并提交）

1. 营业执照副本复印件（加盖公章）。

2.法定代表人身份证明复印件或法定代表人授权委托书复印件（加盖公章）。

3.对本询价公告“六、技术及商务要求”做出全面响应（加盖公章）。

4.售后服务承诺书（含质保期限、响应时间、维保方案等，加盖公章）。

备注：以上任意一条不满足，视为不响应，则为废标。

五、中标（成交）原则

在询价评审前，对各投标人的资格条件、响应文件、证明文件的有效性、完整性和响应程度等进行审查，各投标人只有在完全符合询价公告要求的前提下，才能参与正式询价。

采用低价中标法，对所有符合附件设备采购报价单要求的投标人的报价进行比对，以报价低的优先，报价相等的，由采购人在现场以随机抽取一家的方式确定中选单位。询价结果在重庆红岩革命历史文化中心官网（www.hongyan.info）公示，公示期为1个工作日，公示期满无异议，中标（成交）人在10个工作日内与采购人商洽签订合同。

投标人有提供虚假材料谋取中标或成交、中标后无正当理由不与采购人签订合同、拒绝履行合同义务等行为，将严格按照《政府采购法》等相关法律法规予以处理。

六、技术及商务要求

（一）该项目概况

本项目采购人为重庆红岩革命历史文化中心；项目内容：山地革命文物保护实验室裂缝综合检测仪等现场勘测及实验设备采购；资金性质：单位日常运行经费。

（二）投标人基本要求

1.经济要求

投标人按照设备采购报价单（详见附件）填写相关内容，包括技术服务人员参与所有设备送达、培训与调试的劳务费，投标报价不能超过最高采购限价。

2.服务要求

（1）投标人必须严格执行国家文物保护相关的法律法规，自觉接受相关部门的监督管理，维护采购人的合法权益。

(2) 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

(3) 投标人应在合同约定期限内完成设备采购和安装调试至符合验收条件及要求。如未在规定期限内完成，则根据超出约定期限的时间扣除部分合同款。

(4) 本次设备采购的合同期为 40 天，采购完成后保证设备运行正常、状态稳定，质保期为 2 年（从结项验收通过后第二日计）。

(三) 设备参数要求

具体设备参数要求详见附件。

(四) 供货要求

1. 供货时间

在签订合同后 40 日历天之内。

2. 供货要求

本项目采购的设备及工器具在供货时，需按照国家有关规定和要求，提供相应的合格证等资料，以证明其安全性和符合国家相关标准。如供货时，中标人未提供或提供不齐全的，采购人有权拒绝，所造成的损失由中标人承担。

(五) 结算及支付方式

1. 结算方式

以中标人的报价作为该项目的合同费用，无论任何原因导致实际供货工期延长（或缩短）不调整该费用。

2. 支付方式

以中标人的报价为结算价款（即合同费用）。

完成该项目进度的 100%，并经验收合格后，支付结算价款（即合同费用）的 100%。

采购人与中标人按照上述支付比例共同确定支付的具体数额后，由中标人向采购人开具等额合法发票后，采购人及时支付。

(六) 其他

其他未尽事宜由采购人、中标人在采购合同中详细约定。

附件

设备采购报价单

采购单位		重庆红岩革命历史文化中心		项目名称	山地革命文物保护实验室裂缝综合检测仪等现场勘测及实验设备采购项目				
采购限价		99800 元		中标方式	低价中标				
序号	设备名称	参数要求	品牌/型号 (投标人填写)	单位	数量	单价 (元) (投标人填写)	合计 (元) (投标人填写)	交货期 (投标人填写)	备注
1	裂缝综合检测仪	超声波裂缝综合检测仪，具备测宽、测深、测强、测缺四大功能；10 英寸以上彩色液晶触摸屏；裂缝深度测量范围 5~500mm；裂缝宽度测量范围 0~10mm，精度 0.01mm；连续工作时间>8 小时；支持 U 盘数据转存及 PC 分析软件		台/套	1				
2	立式高温高压灭菌锅	立式高温高压蒸汽灭菌锅，容积 50L，全自动蒸汽灭菌；温控范围 105~132℃；灭菌模式：蒸汽；内胆采用 304 不锈钢材质；具备防干烧、超压安全阀泄放、过流保护功能		台/套	1				
3	分光光度计	紫外可见分光光度计，单光束光学系统；光谱带宽 2nm；波长范围覆盖 200~1100nm；波长准确度±1nm；透射比准确度±0.5%T；支持自动波		台/套	1				

		长扫描							
4	RTK	GNSS RTK 接收机，支持 BDS+GPS+GLONASS+Galileo 全星座全频点跟踪（支持北斗三号）；供应商需提供对应的终身 CORS 账号；RTK 精度：平面 $\pm(8+1\times 10^{-6}\times D)\text{mm}$ ，高程 $\pm(15+1\times 10^{-6}\times D)\text{mm}$ ；支持 0-60°倾斜测量补偿；内置收发一体电台；支持 4G 全网通、Wi-Fi、蓝牙通信；IP68 防护等级，抗 2 米跌落；工作温度 -45℃~+75℃；续航≥10 小时；配 Android 智能手簿；		台/套	1				
5	离心机	台式高速离心机，微机控制；最大转速 18500rpm；最大容量 6×100mL；全钢机身，304 不锈钢内腔；具备门盖保护、超速保护、不平衡保护功能；LCD 液晶显示；自动计算并显示 RCF 值		台/套	1				
6	离心机转子	角转子，容量 6×50mL；最高转速 12000rpm；配适配器可兼容 20mL/15mL/10mL/1.5mL 离心管；※须与上述离心机配套适配		台/套	1				
7	离心机转子	角转子，容量 48×1.5-2.2mL；最高转速 13000rpm；配适配器可兼容 0.5mL/0.2mL 离心管；※须与上述离心机配套适配		台/套	1				

8	轨道扫描仪	大幅面轨道扫描仪，通过轨道滑动支持 A0 幅面 (841×1189mm)，可继续拓展；光学分辨率最高不低于 600dpi；支持彩色扫描；支持 PDF/JPEG/TIFF 格式输出；便携折叠设计		台/套	1				
9	真空干燥箱	真空干燥箱(24L)+旋片式真空泵(4L/s)配套使用。干燥箱：容积 24L，不锈钢内胆；温控范围 RT+10~200℃，控温精度 ±1℃；真空状态稳定后气压不高于 140Pa；PID 控温。真空泵：双级旋片式，抽气速率 4L/s；极限压力≤6×10 ⁻² Pa		台/套	1				
10	电导率仪	电导率仪，0.5 级；电导率测量范围 0.001μS/cm~1000mS/cm，分辨率 0.001μS/cm；引用误差±0.5%FS；7 英寸彩色液晶屏；支持自动温度补偿及自动标定；数据存储 500 套；RS-232 及 USB 接口		台/套	1				
11	培养箱	生化培养箱，容积 70L；温控范围 5~50℃；控温精度±1℃；温度均匀性 ±2℃；PID 控温技术；优质不锈钢内胆；具有限温报警、超温自限、自动断电功能		台/套	1				
12	超净工作台	超净工作台，单人单面垂直送风；洁净等级 100 级@≥0.5μm；平均风速 0.25~0.45m/s；噪音 ≤70dB(A)；工作区尺寸不小于 700×400×500mm；配备紫外灯及荧光灯		台/套	1				

13	摇床	气浴恒温回旋摇床(触屏款), 振幅 20mm; 转速范围 0~300rpm(无级调速); 温控范围室温~60℃, 控温精度 ±0.5℃; LCD 触摸式操作界面; 直流无刷电机驱动		台/套	1				
14	恒温恒湿设备保险箱	恒温恒湿防潮保险箱, 容积大于 500L; 湿度控制范围 10%~60%RH 可调, 显示精度 ±3%RH/±1℃; 除湿机芯无需耗材; 冷轧钢板柜体, 钢化玻璃门配钥匙锁; 标配 3 层可调层板, 承重≥20kg/块; 柜体内部尺寸须满足存放行业级无人机需求: 单层有效空间 ≥450×450×250mm, 确保可完整放入机身约 378×416×213mm、重量约 1.85kg 的无人机及配件		台/套	1				
15	加热磁力搅拌器	加热型数显磁力搅拌器; 转速 100~2000rpm, 精度±10rpm; 温控范围: 盘面 RT~350℃, 样品 RT~250℃; 最大搅拌量 20L; 工作盘 170×170mm, 具备耐腐涂层; 具过温保护功能		台/套	1				
16	回弹仪	数显回弹仪, 标称动能 2.207J; 2.8 寸触摸液晶屏; 传感器寿命>20 万次; 依据 JGJ/T 23-2011 规范自动数据处理; 支持 PC 分析软件		台/套	1				
17	冰箱	双门冰箱, 总容积约 190~202L; 能效等级 2 级以上; 噪声 ≤40dB(A); 冷冻能力		台/套	1				

		≥2kg/12h; 额定电压 220V/50Hz; 适用样品保温或冷冻存储							
18	水准仪	自动安平水准仪, 放大倍率 32×; 物镜口径 42mm; 每公里往返测量标准差±1mm; 补偿器工作范围±15'; 安平精度 ±0.6"; 正像成像; 防护等级 IP65		台/套	1				
19	现场勘察用小型装备	现场勘察用小型装备套装, 包含: ①LED 补光灯(色温亮度可调); ②线垂(配线绳); ③LED 头灯(防水); ④登山手杖; ⑤LED 强聚散光手电(可变焦, 防水); ⑥数显标线倾角仪(0-360°, 精度 ±0.1°); ⑦裂缝尺(分辨率 0.02mm); ⑧游标卡尺(0-150mm, 精度 0.02mm); ⑨裂缝监测板(亚克力, 带刻度标尺)		台/套	1				
20	混匀仪	多功能涡旋混匀仪(调速款), 直流无刷电机; 转速 200~3000rpm 无级调速; 周转直径 4.5mm; 标配 7-15mL×8 孔模块; 支持连续运转/点动模式		台/套	1				

供应商名称（盖章）：

法定代表人：

联系人及电话：

通讯地址及电子邮箱：

报价总计（小写）：

元 ， （大写）：

元。

